

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 985 del 19/11/2020

OGGETTO: Affidamento alla BioMérieux Italia S.p.a. del servizio assistenza tecnica per la durata di un anno, riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari, Importo 21.250,00 euro oltre I.V.A. (22%), CIG Z772F036B9.

Esercizi/o 2020 - conto 503020101/202050502 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 26.350,00**

- **Importo esercizio corrente: € 25.925,00**

Budget

- **Assegnato: € 3.000.000,00**

- **Utilizzato: € 2.722.149,89**

- **Residuo: € 251.925,11**

Autorizzazione n°: 2020/94007.1969 (503020101)

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-999-2020

L'estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato n. 1

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Viste le deliberazioni n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione dell'Atto Aziendale degli I.F.O.;
- Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;
- Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;
- Premesso che tramite affidamento su piattaforma M.E.P.A. (giusta Determina n. 553 del 06/07/2018) è stata affidata alla BioMérieux Italia S.p.a. la fornitura e l'installazione di un sistema di monitoraggio e allarme di alta temperatura installato nei frigocongelatori per medicinali e campioni biologici di vario tipo, con una temperatura di esercizio variabili tra +4°C e -80°C ad uso sanitario, in esercizio nei Reparti e nei Servizi sanitari degli I.F.O.;
- che il sistema per la importante funzione svolta necessita di una periodica manutenzione predittiva (in particolare le sonde di misura della temperatura che sono soggette a calibrazioni e certificazioni periodiche) e correttiva (con tempistiche assai ristrette);
- che, in base a tali esigenze, con Determinazione n. 654 del 07 agosto 2019 è stato affidato il servizio di assistenza tecnica riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari per la durata di un anno alla società Biomerieux Italia SPA;
- che il sistema, al momento dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica, si componeva di 126 sonde, relativi dispositivi elettronici di comunicazione e terminali di controllo (PC e Server);

che con Determinazione n. 737 del 13 agosto 2020 è stato affidato mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A. alla BIOMERIEUX Italia spa l'intervento di manutenzione ed integrazione dell'impianto di rilevazione temperature dei frigoriferi degli IFO portando il numero di componenti del sistema di allarme ad un totale di 149 sonde;

Ricordata la funzione critica di detta strumentazione che consente di monitorare (ovvero intervenire con immediatezza in caso di guasto) con continuità la temperatura di conservazione di farmaci e campioni biologici, entrambi soggetti a stringenti caratteristiche per la corretta conservazione;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento del rinnovo del servizio di assistenza tecnica riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari, la scrivente UOC Patrimonio e Tecnico ha invitato la BIOMERIEUX Italia spa ad inviare una specifica offerta tecnica ed economica;

Acquisita per quanto sopra esposto, l'offerta tecnica e economica della BioMérieux Italia S.p.a., pari a 21.250,00 € oltre I.V.A. (allegato 1);

Valutata la proposta tecnica della BioMérieux Italia S.p.a. perfettamente adeguata alle esigenze manutentive e operative sopra espresse ed economicamente vantaggiosa in quanto fornisce un contratto migliorativo rispetto al precedente in quanto include la manutenzione di 23 sonde in più (16% di risparmio) e l'aggiunta di 6 interventi straordinari gratuiti;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...";

Ritenuto per quanto sopra motivato, affidare alla BioMérieux Italia S.p.a., con sede in via di Campigliano n.58, 50012 Bagno a Ripoli (FI), il servizio assistenza tecnica full risk riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari, Importo 21.250,00 euro oltre I.V.A. (22%)

Visto il Quadro Economico complessivo:

A	Importo Servizio di Manutenzione	21.250,00 €
	Somme a disposizione	
B	Art.113 ex D.Lgs. n.	425,00 €

	50/2017 e s.m.i. (2% A)	
C	I.V.A. (22% A)	4.675,00 €
D	Totale somme a disposizione (B+C)	5.100,00 €
T	TOTALE (A+D)	26.350,0 0 €

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

di affidare alla BioMérieux Italia S.p.a., con sede in via di Campigliano n.58, 50012 Bagno a Ripoli (FI), il servizio assistenza tecnica per la durata di un anno, riguardante il sistema di monitoraggio e allarme per alte temperature installato nei frigoriferi ad uso sanitario in esercizio nei reparti e nei servizi sanitari per l'importo di 21.250,00 euro oltre I.V.A. (22%) – CIG Z772F036B9

di approvare il Quadro Economico complessivo:

A	Importo Servizio di Manutenzione	21.250,0 0 €
	Somme a disposizione	
B	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i. (2% A)	425,00 €
C	I.V.A. (22% A)	4.675,00 €
D	Totale somme a disposizione (B+C)	5.100,00 €
T	TOTALE (A+D)	26.350,0 0 €

L'importo totale di 26.350,00 € graverà sarà così ripartito:

- 25.925,00 € sul conto 5.03.02.01.01 - esercizio finanziario 2020;
- 425,00 € sul conto 2.02.05.05.02 - Altri Fondi Incentivi funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs 50/2016.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Spett.le
IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI
V.ELIO CHIANESI,53
00144 ROMA RM

Cod. Cliente: 0001077552

Alla c.a. Direttore UOC Ingegneria Clinica
Ing. Francesco Proietto
uoctecnica@cert.ifo.it

Firenze li, 25/09/2020
(nostro prot. n° FULL-0297/2020-1184)

OGGETTO: Proposta full risk Labguard per 12 mesi

Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la seguente migliore offerta:

Codice	Descrizione	Prezzo offerto annuale
4702330	FULL COMPR-LABGUARD Contratto annuo full risk PLUS per sistema Labguard con taratura su 1 punto per 163 canali, comprensivo di interventi illimitati su chiamata al numero verde 800274660 ed installazione del Vilink, assistenza gratuita da remoto (contratto in allegato alla presente)	€ 21.250,00

Il contratto di FULL RISK comprende:

- **Supporto tecnico telefonico negli orari previsti;**
- **Installazione software Vilink** (ove possibile) per supporto da remoto sullo strumento;
- **Numero di interventi di Assistenza tecnica presso il Cliente su chiamata illimitati** da effettuarsi dalle ore 8:30 alle ore 17:30, da lunedì a venerdì, con esclusione delle festività e con l'impegno ad intervenire entro 16 ore lavorative dalla richiesta e di 12 ore lavorative nel caso di fermo macchina;
- **La manodopera, la trasferta, le parti di ricambio ed i materiali** che bioMérieux ritenga necessari per mantenere in buone condizioni operative i prodotti coperti dal contratto di full-risk;
- **Interventi di manutenzione preventiva** da eseguirsi con la periodicità e le modalità previste nelle procedure bioMérieux (n°1 taratura annuale delle sonde con rilascio delle certificazioni,

bioMérieux Italia S.p.A.



oltre a 6 interventi annuali della durata complessiva non superiore alle 24 ore). Tali operazioni, che potranno avvenire anche in coincidenza di riparazioni, consisteranno in revisioni complete con sostituzione delle parti soggette ad usura (previste dalle norme tecniche della bioMérieux Italia S.p.A.) e in controlli generali della funzionalità atti a ridurre la possibilità di guasti del prodotto e/o estenderne la sua vita operativa. Ampia documentazione delle operazioni svolte, delle misure effettuate, nonché dei valori ottenuti rispetto a quelli attesi, è di norma lasciata al Cliente come previsto per coloro che operano in conformità alle norme UNI EN ISO 9000. Si precisa che la ditta incaricata da bioMérieux Italia SPA per la manutenzione è la Origlia SRL, con sede in 20010 Cornaredo (MI) Via Cascina Duomo 38 e il tecnico installatore sarà il Sig. Marco Ridolfi;

- **Modifiche hardware e software:** bioMérieux Italia S.p.A. può, a suo giudizio e senza addebiti per i Clienti, eseguire modifiche sui prodotti assistiti nell'ambito del presente contratto al fine di migliorarne l'operatività e/o affidabilità.

Sono **esclusi**, e quindi oggetto di quotazione separata:

- Convalide di processo e qualifica delle apparecchiature;
- Interfacciamenti ad Host computer;
- Spostamenti di strumentazione con installazione in nuovi locali;
- Interventi dovuti ad uso improprio della strumentazione;
- Attività connesse al Software Applicativo su determinati sistemi ed in particolare: la progettazione, lo sviluppo, l'installazione e la personalizzazione;
- Verifica e prove di sicurezza elettrica.

Restando in attesa di un Vs. gradito riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.

bioMérieux Italia S.p.A.
IL PROCURATORE
Dr. Renzo Rolato
Renzo Rolato

bioMérieux Italia S.p.A.