

Guanti Antitaglio – D.P.I.

I guanti anti –taglio devono avere la seguente certificazione:

1. Marchio CE come Dispositivo di Protezione Individuale di Classe III, ai sensi del DLgs 475/92 (requisiti dei DPI di carattere generale).
2. EN 420:2003 (requisiti generali di conformità per i guanti di protezione in generale)
3. EN 388:2016 (norma per i guanti da protezione da rischi meccanici)
4. ISO 9001
5. ISO 13485

Caratteristiche tecniche:

1. Guanti che proteggono da aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio, strappo, perforazione.
2. Fabbricati in fibra di Spectra oppure in fibra Kevlar
3. Lavabili e sterilizzabili
4. Ambidestri
5. Guanti per la protezione da bisturi e taglienti
6. Resistenti alle abrasioni
7. Resistenti al taglio da lama
8. Resistenti alla lacerazione (trazione)
9. Resistenti alla perforazione
10. Buona elasticità
11. Buona anatomia della forma e comfort, vestibilità in quanto tali guanti dovranno essere indossati sopra i guanti monouso e pertanto devono assicurare l'accuratezza nella manipolazione degli strumenti chirurgici
12. Idonei all'utilizzo in anatomia patologica, autopsie, manipolazione e lavaggio strumenti chirurgici e per lavorazioni anche in camera sterile con sega ossea
13. Indice di resistenza al taglio non inferiore a EN 5
14. Lunghezza non inferiore a 25 cm
15. Disponibilità delle misure dalla piccola alla extra large
16. Per i guanti non sterili antitaglio le confezioni d'uso finale, chiuse ermeticamente, dovranno contenere un numero congruo di guanti, ed essere contenute in protezioni (cartoni ecc.) abbastanza robusti da sopportare il normale trasporto ed immagazzinamento.
17. Per i guanti sterili antitaglio le confezioni d'uso finale di prodotti "sterili" dovranno essere a paia o a singolo guanto.
18. Sulle confezioni primarie e secondarie dovranno essere riportati con caratteri indelebili ed in lingua italiana:
 - Marca e modello del guanto – codice articolo – misura – numero di pezzi per confezione;
 - numero lotto, data di scadenza del prodotto, e data di scadenza della sterilizzazione per i prodotti sterili;
 - marchio CE e istruzioni per l'uso
 - E' necessario inoltre specificare il numero di lavaggi massimo consentito per i guanti non sterili
 - E' necessario inoltre specificare il numero di sterilizzazioni massimo consentito per i guanti sterili

Per i guanti antitaglio sia sterili sia non sterili viene richiesta alla ditta Partecipante l'invio di campioni in visione al fine di verificare le caratteristiche di vestibilità, confort e sicurezza richieste per l'utilizzo specifico in Anatomia Patologica, Centrale di Sterilizzazione e Banca dell'Osso.

FABBISOGNO RICHIESTO:

- n.50 paia sterili per Banca dell'osso con misure n. 10 taglia M, n.20 taglia L, n.20 taglia Extralarge
- n.150 per Anatomia Patologica con misure n.25 taglia S, n.75 taglia M, n.50 taglia L
- n.300 per Centrale di Sterilizzazione con misure n. 30 taglia S, n.130 taglia M, n.120 taglia L, n.20 taglia Extralarge
- n.100 per Laboratori ricerca di cui n.20 taglia S, n.30 taglia M, n.30 taglia L, n.20 taglia Extralarge

Riepilogo fabbisogni:

1. n. 75 paia non sterili S
2. n.235 paia non sterili M
3. n.200 paia non sterili L
4. n.40 paia non sterili Extralarge
5. n.10 paia sterili M
6. n.20 paia sterili L
7. n.20 paia sterili Extralarge

CAMPIONATURA RICHIESTA:

- CONFEZIONE MINIMA PER OGNI TIPOLOGIA E MISURA DI GUANTO OGGETTO DELLA INDAGINE DI MERCATO
- LA CAMPIONATURA DOVRA' ESSERE CONSEGNATA ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SEGUENTE INDIRIZZO: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ARCHIVIO GENERALE PALAZZINA 3 piano -1 - ORE ANTIMERIDIANE
- Sul pacco contenete la campionatura dovrà essere riportata la seguente dicitura:

INDAGINE DI MERCATO FORNITURA GUANTI ANTI TAGLIO ATT.NE SIG.RA
CRISTINA CORSI UOC ABS